

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

COMPOSICIÓN:

PRESIDENTE: Dña. M.ª Aránzazu Migueláñez Arribas
Directora de Gestión y SS.GG.

SECRETARIA: Dña. Concepción Salcedo Conde
Técnico Gestión Unidad Suministros

VOCALES Dña. Teresa Morán Palao
Letrado (Asesor Jurídico)
Delegación Territorial Junta de Castilla y León.

Dña Ana Fuente de Prada
Intervención Territorial Junta de Castilla y León.

Dña M.ª Luz Morales López
Técnico Gestión Unidad Suministros

EXPEDIENTE: P.A. 2020006579 / SUMINISTRO DE UN EQUIPO PORTÁTIL DE RAYOS X.


En Medina del Campo (Valladolid) siendo las diez horas del día 16 de octubre de 2017, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas del Hospital Medina del Campo, los componentes de la Mesa de Contratación que arriba se relacionan.

Una vez abierta la sesión, se efectúa la lectura del Acta de la sesión anterior, a la cual, prestan todos los asistentes, su aprobación.

Visto el informe de fecha 6 de octubre de 2017 elaborado por el Jefe de Servicio de Radiología, Dr. José Ángel Guerro Polo, se procede a invitar a la Sala de Juntas a los representantes que han asistido a la Sesión pública.

Asisten para dicha apertura:

- D. Patricia Olías, en calidad de representante de la empresa RADIOLOGÍA S.A.



- D. Javier Argenta, en calidad de representante de la Empresa SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIO S.A.
- D. Menchu Llamazares, en calidad de representante de la empresa FUJIFILM EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA.

Se procede a la lectura por parte de la Presidenta de la Mesa de Contratación, de la ponderación asignada a los licitadores sobre los criterios dependientes de un juicio de valor, teniendo en cuenta, según consta en el informe técnico, que una vez evaluada la documentación aportada por las empresas licitadoras, se decide excluir las ofertas presentadas por Agfa Healthcare Spain S.A.U. y Philips Ibérica S.A., por considerarse que no cumplen las especificaciones técnica mínimas exigidas, pues en ambos casos el equipo ofertado no tiene columna giratoria ni brazo telescopico y la capacidad térmica del ánodo del tubo de rayo X es inferior a 150 kj.

	GENERADOR	TUBO DE RX Y COLIMADOR	SISTEMA DE SOPORTE CONJUNTO RADIOLOG.	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES	CONSOLA DE ADQUISICIÓN Y REVISIÓN DE IMÁGENES	INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL HIS DEL HOSPITAL	PLAN FORMATIVO DEL PERSONAL (USUARIO Y DE MANTENIMIENTO)	TOTAL PUNTOS
	Máximo 9 puntos	Máximo 9 puntos	Máximo 5 puntos	Máximo 13 puntos	Máximo 5 puntos	Máximo 5 puntos	Máximo 2 puntos	
RADIOLOGÍA S.A.	8	8	0	7	4	4	2	33
SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A.	6,5	7	3	9	3,5	4	2	35
FUJIFILM EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA	8	8	5	12	4	4	2	43

Se invita a los representantes a manifestar las dudas que tengan, no manifestando ninguna.

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres de Documentación de los criterios evaluables mediante fórmulas, y se da lectura por parte del Presidente de la Mesa de Contratación de las ofertas económicas:

- RADIOLOGÍA S.A., 62.809,92 €, IVA 21% 13.190,08, Total 76.000,00 €, y un incremento del plazo de garantía de 2 años. Plazo de entrega 60 días.
- SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A., 63.900,00 €, IVA 21% 13.419,00 €, Total 77.319,00 €. Plazo de entrega 30 días.
- FUJIFILM EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA, 62.900,00 €, IVA 21% 13.209,00 €, Total 76.109,00 €. Plazo de entrega 60 días.

Se invita a los representantes a manifestar las alegaciones que estimen oportunas, no manifestando ninguna.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diez horas y treinta minutos del día antes señalado.

LA PRESIDENTA



Fdo.: M^ª Aránzazu Migueláñez Arribas

LA SECRETARIA



Fdo.: Concepción Salcedo Conde

